

货物采购 公开招标文件

《论证后》

(第一册, 专用条款)

项目名称: 罗定市结核病防治站医疗车和医疗设备采购

项目编号: ZX18LD00ZC134
(445381-201809-81366012-0011)
(445381-201809-81366012-0012)

采购人: 罗定市结核病防治站

招标代理机构: 云浮市众信招标代理有限公司

2018年10月11日



温馨提示!!!

(本提示内容非采购文件的组成部分, 仅为善意提醒。如有不一致的地方, 以采购文件为准)

- 一、 如无另行说明, 投标文件递交时间为投标截止时间前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标资格, 请适当提前到达。
- 三、 各投标人请注意区分投标保证金、购买采购文件以及招标代理服务费收款账号的区别, 务必将投标保证金按采购文件的要求存入指定的投标保证金账号, 招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户, 以免影响保证金退还的速度及投标的资格。
- 四、 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号(账号信息详见第二章《投标资料表》)。由于转账当天不一定能够达账, 为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝, 建议至少提前 2 个工作日转账。
- 五、 投标文件应按顺序编制页码。
- 六、 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
- 七、 请正确填写《开标一览表(报价表)》。多包组项目请仔细检查包组号, 包组号与包组采购内容必须对应。
- 八、 如投标产品属于许可证管理范围内的, 须提交相应的许可证复印件。
- 九、 投标人为中型、小型、微型企业的, 请提交《中小企业声明函》, 并明确企业类型, 并提供最近年度经审计的财务报表或政府行政管理部门出具的证明文件。
- 十、 为了提高政府采购效率, 节约社会交易成本与时间, 希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商, 在投标文件递交截止时间的 3 日前, 按《投标邀请函》中的联系方式, 以书面形式告知我公司。对您的支持与配合, 谨此致谢。
- 十一、 **首次参与政府采购项目投标的供应商**, 应在**报名成功后最迟必须于开标前一日**登录广东省政府采购网进行注册。注册过程中如有任何疑问, 可咨询广东省政府采购网技术部, 电话: 020-8318 8500、8318 8580。
- 十二、 在云浮地区范围内参与公共资源交易活动并且符合所参加的公共资源交易活动有关法律法规规定的有关企业。直接登录云浮市公共资源交易网 (<http://ggzy.yunfu.gov.cn>) 进行免费注册(具体操作步骤详见登记页面“录入指引”手册), 并按要求扫描上传相关证件资料。
- 十三、 投标人如需对项目提出询问或质疑, 应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。



文件构成

第一册 专用条款

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同通用条款

第六章 投标文件格式

第二册 通用条款

第七章 投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、授予合同



目 录

(第一册, 专用条款)	5
第一章 投标邀请	5
第二章 投标资料表	8
第三章 用户需求书	10
第四章 评分体系与标准	12
第五章 合同通用条款	23
第六章 投标文件格式	37



(第一册, 专用条款)

第一章 投标邀请

云浮市众信招标代理有限公司(以下简称“政府采购代理机构”)受罗定市结核病防治站(以下简称“采购人”)的委托,对罗定市结核病防治站医疗车和医疗设备进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商投标。

一、采购项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011)(445381-201809-81366012-0012)

二、采购项目名称: 罗定市结核病防治站医疗车和医疗设备采购

三、采购项目预算金额(元): 2650000。包组一:医疗车(含车载设备): 1650000;包组二:医疗设备: 1000000

四、采购数量: 包组一: 一辆;包组二: 一批

五、采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策):

5.1 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

5.2 本项目采购本国产品。

5.3 本项目属于政府采购项目。

5.4 监管部门: 罗定市财政局

5.5 需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)。

六、合格供应商资格:

6.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有从事本项目的经营范围与能力(提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件)。

6.2 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

6.3 投标人如为生产企业:提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》(如国家另有规定,则适用其规定)。

6.4 投标人如为经营企业:提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》(如国家另有规定,则适用其规定)。

6.5 如所投产品属于第三类医疗器械,则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》(如国家另有规定,则适用其规定)。

6.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《承诺函》)

6.7 采购代理机构在招标文件发售期内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采



购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与政府采购活动(处罚期限届满的除外)。

6.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准)(提供网站查询结果打印页)。

6.9 本项目不接受联合体投标。中标供应商不得对项目分包或转包。本项目可兼投兼中。

说明:获取招标文件时,提供如下资料(加盖单位公章)。(本项目不接受邮寄)

- 1) 分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证(或三证合一证明)证明文件。(原件核查)
- 2) 提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》。
- 3) 采购代理机构在招标文件发售期内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与政府采购活动(处罚期限届满的除外)(供应商提供网页截图)。
- 4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准)(供应商提供网页截图)。
- 5) 《采购文件发售登记表》复印件;可在招标代理机构网站(http://www.gdzxzb.com/)中“下载专区”下载;
- 6) 购买招标文件经办人,需提供:

经办人如是法定代表人,需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件。如是响应供应商授权代表,还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件;

注:以上资料除《采购文件发售登记表》外,均须同时放入响应文件中。

七、采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商投标。

八、符合资格的供应商应当在 2018 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 18 日期间(办公时间内,法定节假日除外)到云浮市众信招标代理有限公司(详细地址:罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼)购买招标文件,招标文件每份人民币 200.00 元整(含电子光盘),售后不退。

七、投标截止时间:2018 年 11 月 1 日 9 时 30 分(响应文件递交时间:2018 年 11 月 1 日 9:00—9:30)。



八、提交投标文件地点: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼(云浮市众信招标代理有限公司会议室)。

九、开标时间: 2018 年 11 月 1 日 9 时 30 分。

十、 开标地点: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼(云浮市众信招标代理有限公司会议室)。

十一、 本公告期限(5 个工作日)自 2018 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 18 日止。

十二、 本项目相关公告在以下法定媒体发布: 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市政府采购网(<http://yunfu.gdgpo.com/>)、云浮市公共资源交易网(<http://ggzy.yunfu.gov.cn/>)和招标代理机构网站(<http://www.gdzxzb.com/>)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达, 不再另行通知。

十三、 联系事项:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| (一) 采购单位: 罗定市结核病防治站 | 地址: 罗定市大岗路大岗桥岭顶水贵湾 |
| 联系人: 赖先生 | 联系电话: 0766-3782488 |
| 传真: / | 邮编: 527200 |
| (二) 采购代理机构: 云浮市众信招标代理有限公司 | 地址: 罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼 |
| 联系人: 覃先生 | 联系电话: 0766-3931213 |
| 传真: 0766-3931213 | 邮编: 527200 |
| (三) 采购项目联系人: 张小姐 | 联系电话: 0766-3931213 |
| 附件: 1. 委托代理协议 | 2. 招标文件 |

发布人: 云浮市众信招标代理有限公司

发布时间: 2018 年 10 月 11 日



第二章 投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第二册《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第二册《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内 容
一、说明	
2.3	采购人名称：罗定市结核病防治站 资金来源：财政性资金
2.4	采购代理机构：云浮市众信招标代理有限公司 地址：罗定市柑园路 233 号盛业大厦三楼（罗定办事处） 电话：0766-3931213；传真：0766-3931213。
6.1	实施政府采购信用担保：不适用。
二、招标文件	
10.1	集中答疑会或现场考察：不举行。
三、投标文件的编制	
14.3.1.3	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
14.3.2.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。
14.3.2.4	（境外货物）其他伴随的服务费用：无。
14.6	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
14.7	1) 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2) 每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
14.8	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。
19.1	1. 投标保证金金额： 包组一：RMB 23134 元（人民币贰万叁仟壹佰叁拾肆元整） 包组二：RMB 16134 元（人民币壹万陆仟壹佰叁拾肆元整） 2. 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账，投标保证金必须从投标人的基本账户转出）。 3. 投标保证金指定转入账号： 收款单位名称：云浮市众信招标代理有限公司 账号：8002 0000 0085 49168 开户银行：广东新兴农村商业银行股份有限公司营业部 行 号：3145 9380 0018（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息） 传真号码：0766-3931213 注：投标人请在缴款凭证“备注”栏写明 ZX18LD00ZC134，以便查询。 4. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 5. 投标保证金缴纳凭证复印件须加盖公章与投标文件一同递交。 6. 投标人缴纳的投标保证金如在开标时间后到账的，则为无效投标，以代理机构的银行查询结果证明为准。
20.1	投标有效期：90 天。
21.1	投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。（每页须加盖投标人公章，副本可用正本复印。）



四、投标文件的递交	
23.1	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	
26.1	评标委员会由 5 名单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。
26.4	评标方法：各包组进行独立评审，包组一采用综合评分法；包组二采用最低评标价法。
30.2	包组一定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 包组二定标原则：比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的响应供应商作为成交供应商。按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。
六、授予合同	
34.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内
36.1	履约保证金：无。
37.1	<p>1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>（1）按各包组独立计算，以中标通知书中各包组的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。</p> <p>招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。</p> <p>（2）招标代理服务费的缴纳形式：</p> <p>a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式；</p> <p>b. 招标代理服务费付至：</p> <p>收款人名称：云浮市众信招标代理有限公司 开户银行：广东新兴农村商业银行股份有限公司洞口支行 账 号：8002 0000 0084 91058 行 号：3145 9380 0067（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息）</p> <p>注：投标人请在缴款凭证“备注”栏写明 ZX18LD00ZC134，以便查询。</p> <p>2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。</p>



第三章用户需求书

说明:

1. 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体响应,任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款,投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数,但不作为无效投标条款。
4. 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的,投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

包组号	采购内容	数量	交货期	最高限价
包组一	◆医疗车(含车载设备)	车一台, 设备 1 套	自合同签订之日起 35 日历天内完成交货	人民币 165 万元
包组二	◆医疗设备	1 批	自合同签订之日起 35 日历天内完成交货	人民币 100 万元

包组一：医疗车（含车载设备）需求内容

一、项目概况

本次采购项目为医疗车（含车载设备），用户单位为罗定市结核病防治站。本项目为一个整体，投标人必须对本项目进行整体投标报价，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、体检医疗车（含车载设备）采购一览表

名称	数量
医疗车（含车载设备）	车一台，设备 1 套

三、技术要求及参数

功能要求:满足外出健康体检摄影的要求,操作快速、简便,全面满足临床诊断的需要。能够应用全尺寸摄影架系统和高效率的影像采集系统,获得高清晰、高质量的数字诊断影像,能够提高检查人员的通过率以及影像科室的工作效率,并能够接入院内 PACS 网络。

技术性能:

(一)、体检医疗车壹台

- ▲1、发动机：国内知名品牌柴油发动机，符合国五及以上排放标准
- 2、轴距：≥3935 mm
- ▲3、外形尺寸：≥7000×2000×2940（mm）
- 4、形式：四缸增压中冷



- 5、排量 (L): $\geq 2900\text{CC}$
- 6、最高车速(km/h): ≥ 100
- 7、最大功率 KW(PS/rpm): $\geq 95(130)/3200$
- 8、最大扭矩(n. m/rpm): $\geq 350/1900-2100$
- 9、接近角/离去角 18/14
- 10、前悬/后悬 1135/1900
- 11、轮胎: 7R16
- 12、视听系统: MP3
- 13、空调系统: 非独立内置式.
- 14、服务设施: 电子钟、窗帘
- 15、乘客数: 2-9 人

(二)、数字化 X 线摄影系统一套

- 1、设备名称: 数字化 X 线摄影系统 (DR)
- 2、数量: 1 套
- 3、设备功能及要求: 双立柱 DR 系统, 用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字 X 线摄影系统。
- 4、设备资质: 必须为整机注册, 具备整机注册证。
- 5、生产厂家资质:
 - 5.1 国家级高新技术企业。
 - 5.2 通过 ISO9001 及 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。
 - 5.3 具备软件著作权证书。
 - 5.4 为国家卫计委“优秀国产体检医疗车(含车载设备)遴选”入围企业。
- 6、设备配置:
 - 6.1 数字化非晶硅平板探测器: 1 套
 - 6.2 高频逆变恒波高压发生器: 1 套
 - 6.3 X 射线球管、组件: 1 套
 - 6.4 双立柱机架及组件: 1 套
 - 6.5 医学影像采集报告工作站: 1 套
 - 6.6 语音呼叫系统: 1 套
 - 6.7 滤线栅: 1 套



6.8 束光器：1套

7、设备主机结构参数要求：

7.1 非晶硅平板探测器：

7.1.1 探测器要求：非晶硅碘化铯整板

7.1.2 视野范围：17×17英寸

7.1.3 采集像素矩阵：3072×3072

7.1.4 总像素值：≥940万

7.1.5 图像输出灰阶：14BIT

7.1.6 像素尺寸：139μm

7.1.7 极限空间分辨率：3.6LP/mm

7.1.8 平板探测器净重：≤5.5kg

7.1.9 数据传输方式：千兆以太网

▲7.1.10 具备一次曝光双能剪影功能，即“骨肉分离”成像功能；提供检测报告。

7.2 高频高压发生器：

7.2.1 电源要求：220V

7.2.2 标称电功率：≥32KW

7.2.3 最大输出电压范围：≥120KV，步长1KV

7.2.4 最大输出电流范围：≥400mA

7.2.5 最大电流时间积：≥400mAs

7.2.6 最大摄影时间：≥6.3s

7.3 X光球管组件：

7.3.1 基本要求：国际知名品牌，双焦点、旋转阳极

7.3.2 焦点：0.6mm/1.5mm

7.3.3 球管功率：≥47KW

7.3.4 阳极热容量：≥200KHU

7.3.5 管套热容量：≥1200KHU

7.3.6 阳极转速：≥2700rpm/min。

7.4 双立柱式多功能机架：

▲7.4.1 经典的双立柱式机架系统，由DR厂家原厂研发生产，提供国家权威认证证书及网页查询界面截图。



7.4.2 X线管与胸片架具备自动跟踪。

7.4.3 X线管与胸片架运动行程: $\geq 300\text{mm}$ 。

▲7.4.4 具备相应的隔振措施, 提供国家权威认证证书及网页查询界面截图。

▲7.4.5 具备一键开关机装置, 提供国家权威认证证书(非软件类)及网页查询界面截图。

7.5 滤线栅及限束器:

7.5.1 滤线栅栅格比为 10:1。

7.5.2 滤线栅焦距 1000MM, 栅密度: $\geq 40\text{LP/CM}$ 。

7.5.3 最大 X 线区域: $\geq 48 \times 48\text{cm}$ (SID=100cm 时)。

7.5.3 限束器: DR 厂家原厂研发生产。

7.6 工作站电脑及显示器:

7.6.1 CPU 双核 Dual-Core $\geq 2.7\text{G}$, 2M 缓存, 内存 $\geq 2\text{GB}$, 通讯网卡 $\geq 1000\text{M}$ 网卡。

7.6.2 CD/DVD 刻录: DVD 光驱, CD/DVD 刻录, 硬盘容量 $\geq 500\text{GB}$ 。

7.6.3 独立显卡, 显示器 ≥ 19 英寸液晶显示器。

7.7 医生登记采集诊断工作站软件功能:

7.7.1 全中文操作界面, 标准 DICOM3.0 图像。

7.7.2 检查管理功能: 系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等。

7.7.3 图像浏览/处理功能: 图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸。

7.7.4 支持针对探测器图像采集的多点校正技术, 保证图像采集精确, 伪影自检处理功能, 自动检测探测器图像采集残留信号, 保证信号原始, 智能视觉优化技术, 智能识别显示器分辨率, 自动调整图像视觉效果。

7.7.5 具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察。

7.7.6 支持激光打印机、激光相机胶片打印功能, DICOM 接口。

▲7.7.7 具备图像细节增强功能, 提供国家权威部门颁发的认证证书及网上查询界面截图。

7.7.8 具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST 模块。

7.7.9 接收 SCP 服务器, 可支持接收来自任何工作站的标准 DICOM3.0 图像。

7.7.10 影像处理功能: 窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印。

▲7.7.11 支持 CAD 病灶自动检出功能, 提供证明材料。

8. 售后服务及其他:



- 8.1 提供备品备件清单与软件备份光盘, 使用维修手册。
- 8.2 免费保修期: 1 年。
- 8.3 现场培训不少于 2 天。
- 8.4 验收标准: 应与产品原始技术资料及标书技术文件一致, 应符合我国有关规范和技术标准。
- 8.5 响应时间: 保修期内, 可以做到 1 小时内响应, 24 小时内到达现场。
- ▲ 8.6 为保证售后服务的便捷, 厂家在省内不少于三家维修站 (需提供厂家直接对维修站授权文件及维修站营业执照维修资质文件)。
- ▲ 8.7 具备远程维护系统, 提供软件著作权证书。
- 8.8 生产厂家为质量服务诚信 AAA 级企业, 提供权威证书。


(三) 医疗体检车改装技术要求:

改装后整车的技术、质量、安全性指标达到国家专业医疗车标准, 并根据用户的具体要求设计、改装; 整车的结构应确保汽车安全和性能的基础上, 合理布局, 提高防护标准。

1. 车载 DR 的避震系统:

- 1.1 在车载 DR 总控制台及主机支撑面上安装固定缓冲装置, 减少行车时震动给车载设备造成的影响。
- 1.2 采用车载双立柱结构, 机车一体化固定, 并在探测器及球管上采用减震装置, 确保车辆在行驶过程中的避震效果, 增强平稳度。

2. 检查区设计布局图 (布局方案举例):



(检查区设计布局图)

原车由前而后分为驾驶区、放射工作区及 DR 检查区等三个区域 (具体见平面布置图), 具体功能如下:

- 2.1 DR 检查区为防辐射保护区, 五面铺装 3-4mmpb 铅防护板。
 - 2.2 DR 工作及检查区分设两个独立移动防护门。
 - 2.3 检查区安装紫外线消毒装置, 安装空调。
3. 通风, 隔热、隔音设计:



- 3.1 加装 DR 检查区、工作区内各一台空调. 工作区为挂机, 主机安装在行李箱, 检查区为顶置空调。
- 3.2 加强汽车内部进行通风循环, 保持空气流畅和清洁, 防止交叉感染, 从而给工作人员和受检者创造良好的环境。
4. 内部装饰设计:
 - 4.1 车内人性化的设计, 关怀每一个细致的感官需求。
 - 4.2 DR 检查区与 DR 工作区采用封闭隔墙分隔, 材料为医用铝塑板外加不锈钢框, 美观大方, 耐磨易清洁。
 - 4.3 检查区内采用医用防静电铝塑板内饰, 易于清洁消毒, 无菌安全。
 - 4.4 检查区内安装有紫外线消毒灯各壹盏及通风循环系统(原车)壹套, 保持室内的空气清新和卫生。
5. 对操作者、被检者和环境的防护设计特点和达到的防护标准:

防护标准: 对操作者、被检者和环境的防护设计应达到以下标准:

 - 5.1 安装有 X 射线机的房间四周及底面用铅板、铅玻璃、铅门等射线防护材料进行防护。射线线束朝向的墙壁不低于 4mm 的铅当量厚度, 侧面和后面不低于 3.0mm 的铅当量厚度。射线防护墙的转角、连接处、进出口等处的铅板交叉重叠方式, 确保射线不得直射、折射泄漏。
 - 5.2 受检者进出的门, 在关门状态下, 确保射线没有折射泄漏。泄漏量: X 线机 5M 内, 射线泄漏小于 0.5 μ Gy/h, 符合 IEC407-1973 国际标准和 GB1887-2002、GBZ130-2002、GB16348 国家标准。
6. 电源设计:
 - 6.1 设备电源采用外接 220V 电源系统, DR 使用单独 220V 电源. 其余设备及照明采用 220V 电源。
 - 6.2 整车的控制电路: 总电路, 空调系统, 车载设备, 照明系统, 备用电源开关. 及插座数量按照实际需求进行设计。
 - 6.3 全车电源分二路设计, 对车载 DR、照明、空调等系统单独控制; 设置外接电源, 并配置移动式电缆盘. 设有漏电过载保护装置. 车体的所有线路采用绝缘密封管套布线, 避免漏电漏水; 电源开关、插座等均设置在医生操作区。

注: 1、用户需求书所描述的货物参数为最基本的要求, 所列的品牌、型号等只作投标人报价参考, 投标人可选用同档次、功能相近, 技术参数等于或优于用户需求书要求的医疗车(含车载设备)进行投标, 并列明详细的技术参数、品牌及型号。

2、标注“▲”的条款为评标时重要评分指标, 不满足者将会被严重扣分(但不作为无效投标条款)。

四、医疗车(含车载设备)一般要求

- 1、医疗车(含车载设备)外观清洁, 标记编号以及盘面显示等字体清晰, 明确。
- 2、对于影响医疗车(含车载设备)正常工作的必要组成部分, 无论在技术规范中指出与否, 投标人都应提供在投标文件中明确列出。
- 3、所有医疗车(含车载设备)提供出厂质量证明文件。
- 4、所投的产品必须是在中国范围内合法销售, 原装、全新、并完全符合用户要求的产品。



5、中标人应提供包括但不限于满足体检医疗车（含车载设备）安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

五、商务要求：

(一) 质保期及售后服务要求

1. 医疗车（含车载设备）制造商必须在国内有维修服务中心，应具备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。
2. 为保证货品的售后服务和质量，须提供投标产品图纸和彩页及相应技术参数作为技术证明文件
3. 所有医疗车（含车载设备）均由中标人免费送货并安装、系统集成及调试、验收。
4. 投标医疗车（含车载设备）须满足用户需求中有关质保期的要求，体检医疗车（含车载设备）免费保修 1 年（自设备验收合格交付用户使用之日起计算）；保修费用列入“售后服务报价”中，计入总价；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。
5. 保修期内用户所购医疗车（含车载设备）各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
6. 投标人应提供包括但不限于满足医疗车（含车载设备）安装、使用和维护的技术文件，如医疗车（含车载设备）和配件清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。
7. 免费安装，免费给用户培训 2 名或以上的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应方负责。
8. 供应商所提供的医疗车（含车载设备）如在实际供货时已经废型，则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报体检医疗车（含车载设备），并且价格不变。
9. 维修响应时间：4 小时响应，24 小时到达现场，一般故障 12 小时保证修复正常。
10. 投标人必须无偿提供医疗车（含车载设备）正常运行使用的配件，若供应商提供配件不合格，所引起的法律责任一律由供货方承担。
11. 投标人须提供医疗车（含车载设备）免费安装、调试，免费为用户培训全部操作、维护及常见故障处理的工作人员使用；24 小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对该产品体检医疗车（含车载设备）进行维护；定期进行体检医疗车（含车载设备）免费检修。

(二) 安装、调试与验收

1. 医疗车（含车载设备）到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将医疗车（含车载设备）调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。



2. 中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。
3. 安装完成，中标人与用户一同进行验收。

(三) 付款方式

本项目款项以人民币转帐方式支付，签订合同及安装调试验收合格后由单位支付 40 万元，余款在二年内分期付清。

1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：
 - (1) 合同；
 - (2) 中标人开具的正式发票；
 - (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - (4) 中标通知书。

包组二：医疗设备需求内容

一、项目概况

本次采购项目为医疗设备，用户单位为罗定市结核病防治站。本项目为一个整体，投标人必须对本项目进行整体投标报价，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、医疗设备采购一览表

名称	数量
自动涂片染色机	1 台
恒温扩增荧光检测仪	1 台
LED 生物荧光显微镜	1 台
空气恒时灯	18 台

三、技术要求及参数

(一) 自动涂片染色机系统配置要求

1. 货物要求：
 - 1.1 设备名称：自动涂片染色机
 - 1.2 器械资质：I 类医疗器械备案证
2. 技术规格：
 - 2.1 自动涂片染色机系统配置要求：
 - 2.1.1 主机部分：工作主机、软件系统、相关数据电缆连线、电源线、中文使用说明书；
 - 2.1.2 内置控制电脑
 - 2.2 自动涂片染色机系统原则要求：



- 2.2.1 设备自动化, 生物安全性能高, 台式 无需特殊场地安装要求
- 2.2.2 制片速度快、操作简单易学, 制片全程自动化无需人员手动干预
- ★2.2.3 自动编号功能: 仪器自动对标本杯和玻璃片编号, 一一对应, 避免编号差错
- ★2.2.4 自动涂片功能: 自动开盖/仪器自动取样、自动涂片、自动关盖。
- 2.3 自动涂片染色机系统技术参数:
- 2.3.1 台式, 中小型设备
- 2.3.2 主机部分: 主机、软件系统、相关数据电缆连线、电源线、中文使用说明书;
- ★2.3.3 生物安全系统系统: 内部负压设计, 排气通过高效过滤, 符合国家安全要求
- 2.3.4 防护配置: 设备全封闭设计, 内置紫外线灯管定时消毒功能
- 2.3.5 自动编号功能: 仪器自动对标本杯和载玻片编号, 一一对应, 避免编号差错
- 2.3.6 自动涂片功能: 自动开盖/仪器自动取样、自动涂片、自动关盖。
- 2.3.7 自动制片功能: 采用纳米技术表面处理技术和恒温控制技术, 自动完成标本在载玻片上固定干燥过程
- 2.3.8 自动染色功能: 自动完成涂片的染色、脱色复染、清洗、风干(或烘干)。
- 2.3.9 生物安全装置: 内部负压设计, 排气经过高效过滤, 符合实验室生物安全要求。
- ★2.3.10 标本无需液化、灭菌、涂片后剩余标本可继续做培养和其它检查。
- 2.3.11 样本处理速度: 仪器单次进样量 ≤ 10 片, 平均 30 片/小时。
- 2.4 模拟人工直接涂片
- 2.4.1 自动挑取可疑样本: 仪器通过图像灰质度处理, 自动挑取可疑样本
- 2.4.2 无人值守: 仪器工作过程中无需人工干预和接触标本。
- 2.4.3 自动识别标本形状: 仪器通过图像处理自动选择涂片模式, 使涂样标本在载玻片上厚薄均匀一致。
- 2.4.4 利用坐标和压力感受器原理: 仪器通过计算机坐标处理, 同时调节涂片压力, 使标本在载玻片上所涂片位置、大小均匀一致。
- 2.4.5 工作原理: 根据国家疾控中心 (CDC) 结核病控制中心《中国结核病防治规划 痰涂片镜检质量保证手册》为根据设计完成痰涂片自动化检验。
- 2.4.6 整机正常工作环境条件
- 环境温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: $\leq 80\%$
- 使用电源: $220\text{V}\pm 10\%; 50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$



大气压力: 86kpa~106kpa

仪器尺寸: 长: 700mm; 宽: 685mm; 高: 600mm

(二) 恒温扩增荧光检测仪招标参数

1、样本容量: 48*0.2ml

2、光源: 大功率 LED(免维护)

3、检测器为高灵敏度的光电传感器

4、检测范围: 100-1010

5、检测灵敏度: 单个拷贝

6、重复性: $CV < 0.5\%$

7、相关系数: $-0.999 \sim -1.000$

8、检测通道: \geq 四通道

★9、激发波长与检测波长: 激发波长 450-650nm; 检测波长 500-700nm;

10、检测的荧光素及染料 FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、CY3、ROX、CY5

11、控温模式: 半导体热电模块控温、试管控温

12、温度准确性: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

13、温度均匀性: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

14、控温范围: $4^\circ\text{C}-99^\circ\text{C}$

15、升降温速率: $\geq 4^\circ\text{C}$

★16、热盖: $30^\circ\text{C}-108^\circ\text{C}$ (默认 105°C , 热盖温度可调) 电子自动热盖

17、适用耗材: 0.2mlPCR管、8连管、48孔板

▲18、反应容积: 15ul-100ul

19、操作系统: WindowsXP/VISTA/Windows7 等

20、功耗: $\leq 800\text{VA}$

21、CFDA 批准认证

▲22、软件: 配置结核耐药项目检测结果的自动判读软件, 仪器自动输出结核分枝杆菌利福平/异烟肼/乙胺丁醇/链霉素/氟喹诺酮类的耐药检测结果, 直接给出耐药或敏感的结论

▲23、在耐药检测熔解曲线分析中, 能自动识别熔解峰的温度及峰高, 还能自动识别重叠峰

(三) LED 生物荧光显微镜招标参数

1、目镜: 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调

2、物镜: 平场半复消色差荧光物镜 10X/0.30 (无限远), $WD=8.13\text{mm}$



- 3、物镜：平场半复消色差荧光物镜 20X/0.50（无限远），WD=2.03mm
- 4、物镜：平场半复消色差荧光物镜 40X/0.75（无限远），WD=0.74mm
- 5、物镜：平场半复消色差荧光物镜 100X/1.28（无限远），WD=0.4mm
- 6、观察筒：（荧光专用）30° 倾斜，铰链式三目，铰链组可 360° 旋转，便于眼点提升，瞳距调节范围 50—75mm，分光比 R:T=5:5
- 7、机架：低手位粗微动同轴调焦机构，带松紧调节装置和上限位装置，自适应 100—240V 开关电源，单颗高亮度 3W LED，光强连续可调
- 8、转换器：内定位内倾式 5 孔转换器
- 9、载物台：150mm*140mm 双层复合机械移动平台，双切片夹，移动范围 76mm*50mm，精度：0.002mm（三角导轨）
- 10、聚光镜：N. A1.25 柯拉照明聚光镜组（带插板式的相衬、暗场附件接口），拨盘式可变孔径光栏，燕尾式插槽，中心可调，齿轮齿条升降
- ▲11、摄影接筒：0.5X 摄影接筒，C 型接口，可调焦
- 12、暗场插板：暗场插板组，适用于柯拉照明 4-40X 物镜（LED 荧光中，作为下挡光使用）
- ▲13、LED 荧光：B4 肺结核专用模组 LED 荧光中间模块，带光源亮度调节旋钮，明场荧光切换旋钮，中心波长 455nm

（四）空气恒时灯技术参数

- 1、▲设备尺寸：61cm*11cm*20cm (L*W*H)
- 2、电压：220V
- 3、峰值电流：0.23A
- 4、频率：50Hz
- 5、紫外线灯管长度：538mm
- 6、紫外线功率：8.5W
- 7、灯管总功率：25.6W
- 8、▲灯管使用寿命：10000 小时
- 9、臭氧：无臭氧
- 10、电机：无
- 11、风机：无
- 12、▲安全区紫外线辐射强度：0.2 μ W/cm²
- 13、▲杀菌区紫外线辐射照度：231 μ W/cm²



14、适用环境：综合性医院及传染病医院门诊、病房、诊疗室、手术室、实验室等

15、杀菌原理：室内上层空气紫外线杀菌

16、适用面积：50 m²

17、使用条件：人机共处

注 1、用户需求书所描述的货物参数为最基本的要求，所列的品牌、型号等只作投标人报价参考，投标人可选用同档次、功能相近，技术参数等于或优于用户需求书要求的医疗设备进行投标，并列明详细的技术参数、品牌及型号。

★2、项目需求中带“★”号条款是实质性响应条款，不允许负偏离或不响应，如有负偏离或不响应将导致其投标无效。标注“★”号的技术参数条款，请提供由设备生产厂家盖章确认的参数确认函。

3、标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不满足者将会被严重扣分（但不作为无效投标条款）。

四、医疗设备一般要求

- 1、医疗设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
- 2、对于影响医疗设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。
- 3、所有医疗设备要提供出厂质量证明文件。
- 4、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。
- 5、中标人应提供包括但不限于满足医疗设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

五、技术、培训及售后服务要求

- 1、医疗设备制造商必须在国内有维修服务中心，应具备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。
- 2、为保证货品的售后服务和质量，须提供投标产品图纸和彩页及相应技术参数作为技术证明文件
- 3、所有医疗设备均由中标人免费送货并安装、系统集成及调试、验收。
- 4、投标医疗设备须满足用户需求中有关质保期的要求，医疗设备免费保修 1 年（自设备验收合格交付用户使用之日起计算）；保修费用列入“售后服务报价”中，计入总价；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。
- 5、保修期内用户所购医疗设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。



- 6、投标人应提供包括但不限于满足医疗设备安装、使用和维护的技术文件，如医疗设备和配件清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。
- 7、免费安装，免费给用户培训 2 名或以上的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应方负责。
- 8、供应商所提供的医疗设备如在实际供货时已经废型，则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报医疗设备，并且价格不变。
- 9、维修响应时间：4 小时响应，24 小时到达现场，一般故障 12 小时保证修复正常。
- 10、投标人必须无偿提供医疗设备正常运行使用的配件，若供应商提供配件不合格，所引起的法律责任一律由供货方承担。
- 11、投标人须提供医疗设备免费安装、调试, 免费为用户培训全部操作、维护及常见故障处理的工作人员使用；24 小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对该产品医疗设备进行维护；定期进行医疗设备免费检修。

六、安装调试和验收

- 1) 医疗设备到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将医疗设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。
- 2) 中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。
- 3) 安装完成，中标人与用户一同进行验收。

七、付款方式

本项目款项以人民币转帐方式支付，签订合同及安装调试验收合格后由单位支付 40 万元，余款在二年内分期付清。

2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：
 - (1) 合同；
 - (2) 中标人开具的正式发票；
 - (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - (4) 中标通知书。



第四章评分体系与标准

1. 包组一采用综合评分法进行评审；包组二采用最低评标价法进行评审。
2. 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

一、包组一评审标准

1. **评标步骤:** 采购人及采购代理机构先对投标文件进行资格性审查，具体条款见《资格性评审表》，再由评标委员会对投标文件进行符合性审查，具体条款见《符合性评审表》，对通过审查的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。
2. **评分及其统计:** 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审表

项目名称：罗定市结核病防治站系统建设服务项目

项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定合格供应商的资格要求，并且各资格条件的证明文件齐全；
2	投标函已提交并符合招标文件要求的；
3	响应供应商资格声明函已提交，并符合招标文件要求的；
4	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
5	投标报价未超过本包组的最高限价；
6	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
7	按有关法律、法规、规章不存在资格不符合的情况。



符合性评审表

项目名称: 罗定市结核病防治站系统建设服务项目

项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	评审内容
1	投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的;(适用于包组)
2	投标报价没有明显低于其他投标人的报价,对其产品质量或者诚信履约没有影响的,或对其报价在现场合理的时间内提供了合理书面说明;
3	投标文件编制有序、清晰,无出现其他与本项目或自身无关的资料;
4	报价是固定价且是唯一的;
5	技术、商务条款没有重大偏离或保留的;
6	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;
7	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。



技术、商务评分表（70分）

序号	评审内容	评分细则				满分 分值
		优	良	一般	差	
1	投标产品型号、技术规格参数、技术水平和性能的符合性。					
①	<p>根据所投设备的主要性能参数与招标文件要求的“▲”符号重要技术条款符合情况进行评分，完全响应招标文件要求的，得30分；</p> <p>每负偏离或未响应一项的，扣5分，扣完即止。</p> <p>注：针对“▲”符号的重要技术条款，投标人须在投标文件中提供产品制造商出具的技术参数确认函，不提供不得分。</p>					30
②	<p>根据投标人投标设备对用户要求书所作非“▲”符号的一般技术条款符合情况进行评分，完全响应招标文件要求的，得15分；</p> <p>每负偏离或未响应一项的，扣3分，扣完即止</p> <p>注：针对非“▲”符号的一般技术条款，投标人须在投标文件中提供产品制造商出具的技术参数确认函，不提供不得分。</p>					15
2	<p>根据投标人所提供产品的品牌形象、市场占有率、技术先进性及发展前景进行综合评价。</p> <p>① 所投产品为知名品牌，市场占有率高，技术先进及发展前景好的为优；</p> <p>② 所投产品为具有一定知名度及市场占有率，品牌形象良好，技术较为先进及发展前景良好的为良；</p> <p>③ 所投产品的品牌知名度和形象一般，市场占有率低，技术先进性和发展前景一般的为一般；</p> <p>④ 所投产品的品牌知名度和形象较差，市场占有率低，技术先进性和发展前景差的为差。</p>	10	6	3	1	10
3	<p>根据投标人为本项目拟定的项目实施方案（包括技术服务承诺、人员配备、交货验收计划等方面等）及产品质量保证措施进行综合评价。</p> <p>① 项目实施方案详细、科学合理、可行性高的，能够充分满足用户需求的为优；</p> <p>② 项目实施方案较详细、合理，可行性较高的，能够满足用户需求的为良；</p> <p>③ 项目实施方案基本完善，具有一定合理性和可行性，能够基本满足用户需求的一般；</p> <p>④ 项目实施方案不能够满足用户需求的为差。</p>	8	4	2	0	8



序号	评审内容	评分细则				满分 分值
		优	良	一般	差	
4	同类业绩： 根据投标人 2014 年以来已签订合同的同类采购项目，每提供 1 份，得 1 分，最高得 4 分。（以提供的中标通知书或合同复印件为评审依据，如不提供，评标委员会对该业绩不予采信）。					4
5	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定 A 等级得 2 分，AA 等级得 2.5 分，AAA 等级得 3 分；B 等级得 0.5 分，BB 等级得 1 分，BBB 等级得 1.5 分；对 C 至 CCC 等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件核查）					
合计		70 分				

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3. 评审内容中所要求提交“原件”应独立封装，并内附“资料原件提交清单”（详见第七章投标文件格式），与投标文件同时递交，以便评审委员会核对。评标结束当日退回，如未提供原件的，该项评分为 0 分。



价格评分表

(30分)

1. 价格核准:

1.1. 评标委员会详细分析、核准价格表, 检查其是否存在计算上或累加上的算术错误, 修正错误的原则详见第二册第 27.2 条相关条款。

1.2. 按下列第 3 点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求(通过资格性、符合性审查)且投标价格最低的有效投标报价(指价格核准后的价格, 下同)为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注: 投标报价得分四舍五入后, 小数点后保留两位有效数;

3. 小型和微型企业产品价格扣除

3.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的, 则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)应当同时符合以下条件:

3.2.1. 符合中小企业划分标准;

3.2.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

3.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见第七章投标文件格式), 如投标人为非制造商, 其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4. 监狱企业视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除。

3.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒



毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认可。

3.5. 残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 按上述 3.1 条款享受评审中价格扣除。

3.5.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章投标文件格式), 并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函, 接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的, 评审中只享受一次价格扣除, 不重复进行价格扣除。

5. 节能产品、环境标志产品价格扣除:

5.1. 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 节能产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对节能产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。

5.2. 投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的, 环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对环境标志产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。



二、包组二评审标准

1. **评标步骤:** 评审小组对响应文件进行资格性、符合性评审, 具体条款见《资格、符合性评审表》。
2. 评审小组对响应供应商提供的最后报价进行评审, 对小型和微型企业产品的价格给予扣除, 具体详见《小型和微型企业产品价格扣除条款》。

资格、符合性评审表

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定的合格供应商的资格条件要求, 并且各资格条件的证明文件齐全。
2	报价函和供应商资格声明函已提交并符合招标文件要求的;
3	响应供应商按招标文件要求缴纳保证金的;
4	按照招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字, 或签字人有法定代表人有效授权书的;
5	投标报价未超过本包组的最高限价的;
6	响应文件没有招标文件中规定的其它无效响应条款的;
7	按有关法律、法规、规章不属于无效响应的。



小型和微型企业产品价格扣除条款

6. 小型和微型企业产品价格扣除

6.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审;投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的,则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

6.2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当同时符合以下条件:

6.2.1. 符合中小企业划分标准;

6.2.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

6.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见第六章响应文件格式),如响应供应商为非制造商,其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6.4. 监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除。

6.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。

6.5. 残疾人福利性单位产品价格扣除

6.5.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

6.5.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)的规定,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章投标文件格式),并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函,接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的,评审中只享



受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

8. 节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 8.1. 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在 30%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。
- 8.2. 投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 30%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。



(二) 商务要求

1) 质保期及售后服务要求

1. 医疗车（含车载设备）制造商必须在国内有维修服务中心，应具备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。
2. 为保证货品的售后服务和质量，须提供投标产品图纸和彩页及相应技术参数作为技术证明文件
3. 所有医疗车（含车载设备）均由中标人免费送货并安装、系统集成及调试、验收。
4. 投标医疗车（含车载设备）须满足用户需求中有关质保期的要求，体检医疗车（含车载设备）免费保修 1 年（自设备验收合格交付用户使用之日起计算）；保修费用列入“售后服务报价”中，计入总价；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。
5. 保修期内用户所购医疗车（含车载设备）各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
6. 投标人应提供包括但不限于满足医疗车（含车载设备）安装、使用和维护的技术文件，如医疗车（含车载设备）和配件清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。
7. 免费安装，免费给用户培训 2 名或以上的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应方负责。
8. 供应商所提供的医疗车（含车载设备）如在实际供货时已经废型，则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报体检医疗车（含车载设备），并且价格不变。
9. 维修响应时间：4 小时响应，24 小时到达现场，一般故障 12 小时保证修复正常。
10. 投标人必须无偿提供医疗车（含车载设备）正常运行使用的配件，若供应商提供配件不合格，所引起的法律责任一律由供货方承担。
11. 投标人须提供医疗车（含车载设备）免费安装、调试，免费为用户培训全部操作、维护及常见故障处理的工作人员使用；24 小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对该产品体检医疗车（含车载设备）进行维护；定期进行体检医疗车（含车载设备）免费检修。

2) 安装、调试与验收

1. 医疗车（含车载设备）到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将医疗车（含车载设备）调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。
2. 中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。



3. 安装完成, 中标人与用户一同进行验收。

包组二

(一) 医疗设备一般要求

- 1、医疗设备外观清洁, 标记编号以及盘面显示等字体清晰, 明确。
- 2、对于影响医疗设备正常工作的必要组成部分, 无论在技术规范中指出与否, 投标人都应提供在投标文件中明确列出。
- 3、所有医疗设备提供出厂质量证明文件。
- 4、所投的产品必须是在中国范围内合法销售, 原装、全新、并完全符合用户要求的产品。
- 5、中标人应提供包括但不限于满足医疗设备安装、使用和维护的技术文件, 如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

(二) 技术、培训及售后服务要求

- 1、医疗设备制造商必须在国内有维修服务中心, 应具备有常用的零部件, 有稳定的售后服务体系, 能提供良好的售后服务。
- 2、为保证货品的售后服务和质量, 须提供投标产品图纸和彩页及相应技术参数作为技术证明文件
- 3、所有医疗设备均由中标人免费送货并安装、系统集成及调试、验收。
- 4、投标医疗设备须满足用户需求中有关质保期的要求, 医疗设备免费保修 1 年 (自设备验收合格交付用户使用之日起计算); 保修费用列入“售后服务报价”中, 计入总价; 并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持, 同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。
- 5、保修期内用户所购医疗设备各部件发生非人为故障, 中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
- 6、投标人应提供包括但不限于满足医疗设备安装、使用和维护的技术文件, 如医疗设备和配件清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。
- 7、免费安装, 免费给用户培训 2 名或以上的技术人员, 直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术, 培训的费用由供应方负责。
- 8、供应商所提供的医疗设备如在实际供货时已经废型, 则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位, 其性能指标不得低于所报医疗设备, 并且价格不变。
- 9、维修响应时间: 4 小时响应, 24 小时到达现场, 一般故障 12 小时保证修复正常。
- 10、投标人必须无偿提供医疗设备正常运行使用的配件, 若供应商提供配件不合格, 所引起的法律责任一律由供货方承担。
- 11、投标人须提供医疗设备免费安装、调试, 免费为用户培训全部操作、维护及常见故障处理的工



作人员使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对该产品医疗设备进行维护；定期进行医疗设备免费检修。

(三) 安装调试和验收

- 1) 医疗设备到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将医疗设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。
- 2) 中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。
- 3) 安装完成，中标人与用户一同进行验收。

四、交货期、交货方式及交货地点（包组一、包组二）

1. 交货期：签定合同后35个工作日内完成交货。
2. 交货地点：罗定市结核病防治站

五、付款方式（招标文件第一册用户需求书另有规定从其规定）（包组一、包组二）

由甲方按下列程序付款：

本项目款项以人民币转帐方式支付，签订合同及安装调试验收合格后由单位支付 40 万元，余款在二年内分期付清。

1. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：
 - (1) 合同；
 - (2) 中标人开具的正式发票；
 - (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - (4) 中标通知书。

六、违约责任与赔偿损失（包组一、包组二）

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、争议的解决（包组一、包组二）

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。



八、不可抗力（包组一、包组二）

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费（包组一、包组二）

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它（包组一、包组二）

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效（包组一、包组二）

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式份，其中甲乙双方各执份，政府采购代理机构执壹份，监管部门份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：



第六章投标文件格式

投标文件包装封面参考

投标/响应文件

(正本/副本/开标信封)

项目名称：罗定市结核病防治站医疗车和医疗设备采购

项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011)
(445381-201809-81366012-0012)

投标人：(盖章)

参投包组：

(年 月 日 时 分)之前不得启封



投标文件目录表

项目名称：罗定市结核病防治站医疗车和医疗设备采购

项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011)(445381-201809-81366012-0012)

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
			有	无		
初审文件(加盖投标人公章)	1	投标函				
	2	投标人资格声明函(提供《政府采购法》第二十二条规定的相关有效证明材料)				
	3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件				
	4	提供商食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件				
	5	所投产品属于第三类医疗器械,则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》(如国家另有规定,则适用其规定)				
	6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自定)				
	7	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购包组的其他采购活动。(提供《承诺函》)				
	8	法定代表人授权委托书				
	9	法定代表人证明书				
投标人应提交的技术文件(加盖投标人公章)	1	开标一览表(报价表)				
	2	政策适用性说明(如有)及其附件				
	3	投标分项报价表				
	4	投标货物技术参数响应一览表及其附件				
	5	投标货物的详细情况及技术服务方案				
	6	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
投标人应提交的商务文件(加盖投标人公章)	1	投标人基本情况表				
	2	销售同类产品情况一览表				
	3	项目经理及管理技术人员一览表				
	4	用户需求商务条款响应一览表				
	5	招标代理服务费承诺书				
	6	退投标保证金说明				
	7	投标保证金递交证明文件				
	8	资料原件提交清单				
	9	投标样品清单				
	10	投标人认为需要提供的其他商务资料				



格式1

投标函

致：云浮市众信招标代理有限公司

我方确认收到贵方（项目名称）采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)），（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权（被投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和政府采购代理机构。
10. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：

传真：

邮编：



格式2

投标人资格声明函

云浮市众信招标代理有限公司:

关于贵公司 _____年 _____月 _____日 发布项目（项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011)(445381-201809-81366012-0012)）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1. 提供 2018 年 6 月至今<至少一个月>的财务状况（提供资产负债表，利润表，现金流量表）；其他组织，可提供银行出具的资信证明。

2. 提供 2018 年 6 月至今<至少一个月>一份缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上须提供相关有效证明材料。

本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：

日期：

联系电话：



格式3

承诺函

云浮市众信招标代理有限公司:

关于贵公司 _____年 _____月 _____日发布项目（项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）:

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:



格式4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：年月日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：



格式5

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：



格式7

开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

包组号	采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	交货期
包组一			小写: RMB 大写:	自合同签订之日起 35 日历天内完成交货
包组二			小写: RMB 大写:	自合同签订之日起 35 日历天内完成交货

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:

备注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。如: 小写: RMB1230000, 大写: 壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为投标文件的组成部分, 须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标信封中。
3. 此表内投标报价为最终价, 开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
4. 投标报价要求具体见第一册第一章“投标报价”要求。
5. 投标下浮率报价不得大于或等于 100%, 不能为负数或零。
6. 投标下浮率的报价均应包含国家规定的税费。
7. 本项目不接受有选择性的投标报价, 每个类别只允许报一个下浮率, 且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。



格式8

投标分项报价表

投标人名称:

包组号:

项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

(格式自拟)

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

职务: 日期:

注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。如: 小写: RMB1230000, 大写: 壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物, 还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单, 注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容, 该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价, 其目的是便于评标, 但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。



格式9

政策适用性说明（如有）

包组号：

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累计%)
小型、 微型 企业 产品					
	行 业：_____； 营业收入(万元)：_____； 资产总额：(万元)：_____； 从业人员(人)：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清 单	
节能 产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保 标志 产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：
 - 2.1. 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；
 - 2.2. 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org/>）上发布。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期



《政策适用性说明》附件

中小企业声明函（适用于包组）

（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表或政府行政管理部门出具的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
- 2、本公司参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

中小微企业声明函（制造商）

（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表或政府行政管理部门出具的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日期：



格式10

投标货物技术参数响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

包组号：

项目编号：ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	货物名称及规格型号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页
一般技术条款（除带“▲”之外的技术条款）					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页

备注：

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致，“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
2. 投标响应参数应附相关证明资料/产品宣传彩页，并与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。
3. 本表须加盖所投货物生产厂家的公章。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：日期：



格式11

投标货物的详细情况及技术服务方案

(包组:)

主要内容应包括但不限于以下内容(格式自定):

1. 投标货物的详细情况

- 1.1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
- 1.2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- 1.3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

- 2.1. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。
- 2.2. 售后维修/服务点名称、电话, 负责人员及地址(附售后维修/服务点的证明材料)。
- 2.3. 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。
- 2.4. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称(单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章): 职务: 日期:



格式12

投标人基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称： 电话号码：
2. 地 址： 传 真：
3. 注册资金： 经济性质：
4. 公司开户银行名称及账号：
5. 营业注册执照号：
6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：



格式13

销售同类产品情况一览表

投标人名称: 包组号: 项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话

备注: 根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:



格式14

项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称: 包组号: 项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注: 根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): 职务: 日期:



格式15

用户需求商务条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称： 包组号： 项目编号： ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)
1	项目概况		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	付款方式		

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：



格式16

招标代理服务费承诺书

云浮市众信招标代理有限公司、采购人:

本公司_____ (投标人名称)_____ 在参加_____ (项目名称)_____ (项目编号: ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)) 的招标中如获中标, 我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后, 凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账, 我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺, 愿凭贵公司开出的相关通知, 同意云浮市众信招标代理有限公司办理支付手续, 扣除我公司提交的全部投标保证金, 并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

签署日期:



格式17

退投标保证金说明

特别提醒:

投标人缴纳的投标保证金,原则上,我司按保证金汇入的原账户退还,投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为 (项目 名称) 的 投 标 (项 目 编 号 为 : ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011)(445381-201809-81366012-0012)) 所提交的投标保证金(大写金额)元,请贵司退还(包组号)投标保证金(小写金额)元,请划到以下账户:

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (具体到 XX 银行 XX 支行)		联系人	
账 号		联系电话	

备注:此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书,申请退还投标保证金时,招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”,按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金,若存在以下三种情形的,则按以下规定执行:

1. 单位名称变更

A. 若投标人投标后,其单位名称变更,退还其投标保证金时,除提交变更后的账户信息外,还需附工商部门打印的变更信息说明,并加盖单位公章;

B. 若投标人只变更营业执照信息,没有及时变更银行账户的,只需提供银行开户许可证复印件,并加盖单位公章。

2. 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况,则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息,投标人需附上收支两条线的说明,并加盖单位公章;

3. 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金,但不参加投标时,请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后,传真至 0766-3931213 或扫描发至 1787994024@qq.com

投标人(公章):

日期:



格式18

资料原件提交清单

投标人名称:

包组号:

项目编号:

ZX18LD00ZC134(445381-201809-81366012-0011) (445381-201809-81366012-0012)

序号	资料名称	页数	对应投标文件页码	提交情况		备注
				有	无	
1			见《投标文件》第页至页			
2			见《投标文件》第页至页			
3			见《投标文件》第页至页			
4			见《投标文件》第页至页			
5			见《投标文件》第页至页			
6			见《投标文件》第页至页			
7			见《投标文件》第页至页			
8			见《投标文件》第页至页			
9			见《投标文件》第页至页			
10			见《投标文件》第页至页			

备注:

1. 本表中的“对应投标文件页码”栏填写相应的复印件所在投标文件中的页码范围，以便评审时核对。
2. 与投标文件同时递交。

投标人名称（单位盖公章）:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）:

职务: 日期: